

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING

Betreft: Standpuntbepaling van de Vlaamse Regering over het ontwerp koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 april 2007 betreffende de ademtesttoestellen en de ademanalysetoestellen.

Het ontwerp van koninklijk besluit strekt ertoe een aantal bepalingen van het koninklijk besluit van 21 april 2007 betreffende de ademtesttoestellen en de ademanalysetoestellen te wijzigen. Voorliggend voorstel heeft tot doel de procedure voor alcoholcontroles te vereenvoudigen, met behoud van de doeltreffendheid ervan.

In de eerste plaats wordt de mogelijkheid van 15 minuten wachttijd afgeschaft welke mogelijk gemaakt wordt gezien de technologische verbetering van de toestellen.

Daarnaast wil de federale overheid het minimumvolume nodig om een blaastest te kunnen afleggen verlagen van 1,9 liter naar tot 1,2 liter waarbij tegelijkertijd wordt vereist dat de personen die worden getest maximaal uitademen. Voor de technologie van de huidige apparaten is de grens van 1,2 liter voldoende voor overtuigende resultaten.

De ademanalysetoestellen blijven bruikbaar op het moment van inwerkingtreding na herijking en aanpassing aan de nieuwe bepalingen.

1. SITUERING

A. BELEIDSVELD/BELEIDSDOELSTELLING

Het wetsvoorstel heeft binnen het beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken betrekking op het beleidsveld “weginfrastructuur en wegenbeleid”.

B. VORIGE BESLISSINGEN EN ADVIEZEN

Het advies van de Inspectie van Financiën werd ontvangen op 18 september 2023 en was gunstig.

////////////////////////////////////

Bijlagen:

- Het advies van de inspectie van Financiën van 18 september 2023
- Het ontwerp van koninklijk besluit I tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 april 2007 betreffende de ademtesttoestellen en de ademanalysetoestellen

